

附件 2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批 行政审批事项

受理单编号: 2021010047

申请技术审查时间: 2021 年 05 月 12 日

技术审查项目名称	辽宁金盾混凝土有限公司鞍山分公司申请预拌混凝土检测资质延期
申请人	段存忠
技术审查部门	辽宁省住房和城乡建设厅科技处
审查时限	自受理申请之日起 <u>20</u> 个工作日内提出审查意见。
技 术 审 查 意 见	经审查, 该单位提交的资质申报材料存在以下问题: 一、设备 1、仪器设备采用校准方式, 未上传校准结果确认书。
备注	技术审查部门履行技术审查程序以后, 须明确具体专业内容的审查意见, 不同意的应注明原因, 并将此单返回行政审批处; 此单一式两份, 技术审查部门和行政审批处各留存一份。
专家签字	