

附件 2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批 行政审批事项

受理单编号: 2021010068

申请技术审查时间: 2021 年 5 月 12 日

技术审查项目名称	辽宁永固实业有限公司申请预拌混凝土检测资质延期
申请人	周志强
技术审查部门	辽宁省住房和城乡建设厅科技处
审查时限	自受理申请之日起 <u>20</u> 个工作日内提出审查意见。
技 术 审 查 意 见	经审查, 该单位提交的资质申报材料存在以下问题: 一、仪器设备 1、主要仪器设备及其检定/校准一览表中只按材料种类, 未按检测参数填写, 不符合要求。 2、提交的李氏瓶、300mm 钢直尺、容量瓶、游标卡尺校准证书中校准地点为校准机构实验室, 而校准机构地点为广东省东莞市, 无法确认校准有效性, 须提交设备运送至校准地点的有效证据。
备注	技术审查部门履行技术审查程序以后, 须明确具体专业内容的审查意见, 不同意的应注明原因, 并将此单返回行政审批处; 此单一式两份, 技术审查部门和行政审批处各留存一份。
专家签字	